

G 形臂正位球管采购需求

1. 我院手术室 G 形臂需要采购维修服务，以保证设备的正常使用
 - 2、维修内容：更换正位球管（高压组合机头）。
 - 3、备件来源要求：确保备件必须为与该设备同一备件号的原厂备件。
 - 4.质量保证期 36 个自然月（自安装之日起）
 - 5.供方提供运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
 - 6.安装工程师需提供设备原厂资质认证文件。
 - 7.验收要求：配件安装至设备后投入临床正常使用后，球管经第三方检测合格，才验收。
- 预算控制价 9.5 万元